

Nr referencyjny: TZ.372.35.2020

Zielona Góra 06.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr referencyjny: TZ.372.35.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: *Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*, wniesiono następujące pytania:

PYTANIE 1

Dotyczy SWIZ, ROZDZIAŁ XXIV. OPIS KRYTERIÓW:

Prosimy o modyfikację i ujednoczenie kryteriów oceny ofert i ilości punktów oraz sposobu obliczeń tychże kryteriów przy wyborze najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie usunięcie istotnego błędu formalnego SIWZ. Zamawiający w punktach ROZDZIAŁ XXIV. 1.1 zamierza przyznać 95 punktów cenie oferowanej, natomiast w SIWZ.ROZDZIAŁ XXIV. 2.1. Zamawiający ustala inne kryterium ceny ofertowanej (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 punktów) za to samo kryterium. Prosimy o wyjaśnienia która ocena jest wiążąca.

Przy gwarancji, jako znaczenie Zamawiający podaje 5 pkt, podczas gdy w opisie można uzyskać 20 punktów. Jednocześnie wskazujemy, iż znaczenie kryteriów cena 95, gwarancja 5 jest podane zarówno w SIWZ jaki ogłoszeniu o przedmiotowym postępowaniu. Niejasności pojawiają się w opisie kryteriów. Prosimy o wyjaśnienie jak finalnie Zamawiający zamierza oceniać oferty, przyznając za cenę 95 pkt i za gwarancję 5 czy odpowiednio 80 i 20?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Sekcji IV pkt 2. 2) Ogłoszenia o zamówienia nr 548854-N-2020 oraz Rozdziału XXIV SIWZ w niniejszym postępowaniu przyjął następujące kryteria oceny ofert:

<i>cena ofertowa</i>	<i>= 95 pkt</i>
<i>okres gwarancji</i>	<i>= 5 pkt</i>

Tym samym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pkt 2.2 Rozdziału XXIV SIWZ, który po poprawie otrzymuje brzmienie:

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 5 punktów), gdzie:

„ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

- | | |
|---|----------------|
| <i>- za okres gwarancji wynoszący 24 miesiące</i> | <i>- 0 pkt</i> |
| <i>- za okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy</i> | <i>- 1 pkt</i> |
| <i>- za okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy</i> | <i>- 3 pkt</i> |
| <i>- za okres gwarancji wynoszący co najmniej 60 miesięcy</i> | <i>- 5 pkt</i> |

PYTANIE 2

dotyczy pkt 114, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga również oprogramowania do badań naczyniowych oraz TCD. Dla potrzeb oddziału wewnętrznego wymóg takiego oprogramowania jest zasadny i zapewni Zamawiającemu znacznie większe spektrum badań pacjentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wszystkie wymagania w zakresie oprogramowania wskazał w pkt 114 formularza cenowo-technicznego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH II.

PYTANIE 3

dotyczy pkt 118, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium posiadający rozwiązanie równoważne w postaci głowicy convex wykonanej w technologii PureWave z możliwością wykonywania badań kontrastowych, elastografią shearwave, obrazowaniem harmonicznym, pracująca w zakresie 1-5 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE 4

dotyczy pkt 119, Załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mimo dopuszczenia innych głowic nadal wymaga w ramach każdego z dopuszczenia trybu obrazowania ze środkiem kontrastującym na głowicy sektorowej do badań echokardiograficznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się z Wykonawcą. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 54 z dnia 01.07.2020 dopuścił zaoferowanie głowicy kardiologicznej pracującej w zakresie częstotliwości 2-4 MHz, posiadająca 80 elementów i kąt skanowania 90 stopni bez określenia wymogu trybu obrazowania ze środkiem kontrastującym na głowicy sektorowej do badań echokardiograficznych.

ZMIANA TREŚĆ SIWZ

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowego załącznika:

Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny

wprowadza się załącznik:

Załącznik nr 2 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny po zmianach II

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:

1. ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 07.07.2020 r. o godzinie 10:00.

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.07.2020 r. o godzinie 10:00.

2. ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty w formie tradycyjnej (papierowej), pkt 6

Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

*Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*

– nr ref.: TZ.372.35.2020

Nie otwierać przed 07.07.2020 r. Godz. 11:00

Jest: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

*Zakup aparatów USG wraz z osprzętem – 2 szt. dla |Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz
Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej*

– nr ref.: TZ.372.35.2020

Nie otwierać przed 09.07.2020 r. Godz. 11:00

3. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

1. Ofertę należy złożyć:

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 07.07.2020 r. do godziny 10:00

Jest:

1. Ofertę należy złożyć:

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do **09.07.2020 r. do godziny 10:00**

4. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego.

Jest:

3. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 09.07.2020 r. o godzinie 11:00** w Sali nr 115 (budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 548854-N-2020 z dnia 09.06.2020r.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Załącznik:

- Załącznik nr 2 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny po zmianach II

ZAMAWIAJĄCY:

PREZES ZARZĄDU
Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

Publikacja:

www.bip.szpital.zgo.pl

a/a **TZ.372.35.2020**