

Zielona Góra, dnia 26.04.2021 r.

Nr referencyjny: TZ.280.9.2021

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Sukcesywne dostawy sprzętu jedнокrotnego użytku”

**ZAWIADOMIENIE**  
**o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający niniejszym informuje, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), że dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**1 Miejsce, w którym zmieniana jest treść:** Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2, Tabela – kolumna 2 „Przedmiot zamówienia”:

**Pozycja 1:**

**Było:**

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z popałowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, co najmniej 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

**Jest:**

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z popałowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, co najmniej 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z aktywnym roztworem, np. nadtlakiem wodoru w saszetce, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi lub literaturowymi skuteczności w redukcji VAP.

Elementy zestawu, które są podłączane do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa” lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

**Pozycja 2:**

**Było:**

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z popałowaną gąbką na górnej powierzchni, co najmniej 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z popałowaniem, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E.



Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

**Jest:**

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, co najmniej 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z aktywnym roztworem, np. chlorkiem cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z co najmniej 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi lub literaturowymi skuteczności w redukcji VAP. Elementy zestawu, które są podłączane do ssaka, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa” lub cały zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 3 do SWZ Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2 wprowadza się **Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 26.04.2021 r. - Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2.**

**Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**

**Załączniki:**

- Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 26.04.2021 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**PREZES ZARZĄDU**  
**dr Marek Działoszyński**  
(podpis na oryginale)

**Publikacja:**

[www.bip.szpital.zgo.pl](http://www.bip.szpital.zgo.pl)  
a/a TZ.280.9.2021